

# Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)  
[\(promieniowanie optyczne\)](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)  
Wzorce (achromatyczne i barwne)  
gęstości optycznej widmowego  
współczynnika przepuszczania  
kierunkowego D wzorcowane w  
odniesieniu do wzorca pierwotnego

Symbol laboratorium

[L6](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
gęstość optyczna widmowego  
współczynnika przepuszczania  
kierunkowego materiałów neutralnych  
widmowo (dla jednego wzorca przy  
ośmiu długościach fali)

Zakres pomiarowy/metoda

0 ÷ 3 Abs / Zakresy widmowe (210 ÷  
900) nm; (900 ÷ 2500) nm

Niepewność rozszerzona

0,0011·D6 - 0,0057·D5 + 0,0129·D4 -

cena

572 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581  
93 71, 22 581 93 11, e-mail:  
iwona.ostrowska@gum.gov.pl,  
dobrochna.matkowska@gum.gov.pl,  
jolanta.gebicka@gum.gov.pl

$0,0135 \cdot D3 + 0,0069 \cdot D2 + 0,001 \cdot D +$   
 $0,0013$  dla  $(210 \div 900)$  nm;  $0,0016 \cdot D5$   
 $-0,0054 \cdot D4 + 0,0079 \cdot D3 - 0,0043 \cdot D2 +$   
 $0,0014 \cdot D + 0,0066$  dla  $(900 \div 2500)$  nm