

## Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - jednokanałowy, w zakresie rozszerzonym

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Indywidualny miernik ekspozycji na  
dźwięk (dozymetr hałasu) -  
jednokanałowy, w zakresie rozszerzonym

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

11

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

odpowiedź miernika na sygnał  
akustyczny w warunkach ciśnieniowych/  
odpowiedź miernika na sygnały  
akustyczne w polu swobodnym w  
zakresie częstotliwości słyszalnych/  
odpowiedź miernika na sygnały  
elektryczne określone w normie PN-EN  
61252

Zakres pomiarowy/metoda

-

Niepewność rozszerzona

3,25%; 0,2 dB ÷ 0,9 dB; 1,5% ÷ 26%

cena

1300 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od: rodzaju  
zastosowanego kalibratora i  
rozdzielczości miernika / od  
częstotliwości pomiarowej oraz typu  
miernika i mikrofonu / od typu  
miernika, rodzaju jego  
charakterystyki i czasu całkowania

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji  
wynagrodzenia za realizację usługi

-