

## Państwowy wzorzec jednostki miary temperatury

Autor : Marek Kozicki  
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Stanowisko pomiarowe państwowego wzorca jednostki temperatury odtwarza definicyjne punkty stałe Międzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r. (MST-90): Ar (-189,3442 °C), Hg (-38,8344 °C), H<sub>2</sub>O (0,01 °C), Ga (29,7646 °C), In (156,5985 °C), Sn (231,928 °C), Zn (419,527 °C), Al (660,323 °C), Ag (961,78 °C). Stanowisko stosowane jest do realizacji wzorcowań komórek punktów stałych temperatury oraz wzorcowych platynowych czujników termometrów rezystancyjnych (SPRT) w zakresie od -189,3442 °C do 961,78 °C.

### Zastosowanie

- monitorowanie środowiska naturalnego
- monitorowanie środowiska pracy
- ochrona zdrowia
- kontrola procesów technologicznych m.in w przemyśle spożywczym i kosmetycznym




[Pokaż opis pliku](#)

[Pokaż opis pliku](#)


[Pokaż opis pliku](#)



Zdjęcie panoramiczne na wewnątrz pracownię temperatury.



Stanowisko państwowego wzorca jednostki miary temperatury.



Grupa kilku osób w białych fartuchach - pracowników laboratorium stoi przy stanowisku państwowego wzorca jednostki miary temperatury.