

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - dwukanałowy, w zakresie rozszerzonym

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - dwukanałowy, w zakresie rozszerzonym

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

11

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

odpowiedź miernika na sygnał akustyczny w warunkach ciśnieniowych/
odpowiedź miernika na sygnały akustyczne w polu swobodnym w zakresie częstotliwości słyszalnych/
odpowiedź miernika na sygnały elektryczne określone w normie PN-EN 61252

Zakres pomiarowy/metoda

-

Niepewność rozszerzona

3,25 % / 0,2 dB ÷ 0,9 dB / 1,5 % ÷ 26 %

cena

2535 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od: rodzaju zastosowanego kalibratora i rozdzielczości miernika / od częstotliwości pomiarowej oraz typu miernika i mikrofonu / od typu miernika, rodzaju jego charakterystyki i czasu całkowania

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-