

Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa

Dziedzina

[Masa i wielkości pochodne](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa

Symbol laboratorium

[L7](#)

Nr pracowni

73

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Vickersa

Zakres pomiarowy/metoda

(100 ÷ 1000) HV dla skal: HV0,05; HV0,1; HV0,2; HV0,3; HV0,5;

Niepełność rozszerzona

(1,2+0,07/d(mm))% dla HV0,05 ÷ HV0,1; (1,9+0,05/d(mm))% dla HV0,2 ÷ HV0,5

cena

208 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-