

Wzorcy (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)
[\(promieniowanie optyczne\)](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorcy (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Symbol laboratorium

[L6](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy sześciu długościach fali)

Zakres pomiarowy/metoda

0 ÷ 3 Abs / Zakresy widmowe (210 ÷ 900) nm; (900 ÷ 2500) nm

Niepewność rozszerzona

$0,0011 \cdot D6 - 0,0057 \cdot D5 + 0,0129 \cdot D4 -$

cena

429 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail:
iwona.ostrowska@gum.gov.pl,
dobrochna.matkowska@gum.gov.pl,
jolanta.gebicka@gum.gov.pl

$0,0135 \cdot D3 + 0,0069 \cdot D2 + 0,001 \cdot D +$
 $0,0013$ dla (210 ÷ 900) nm; $0,0016 \cdot D5$
 $-0,0054 \cdot D4 + 0,0079 \cdot D3 - 0,0043 \cdot D2 +$
 $0,0014 \cdot D + 0,0066$ dla (900 ÷ 2500) nm