

Wzorzec głębokości (nierówności) lub wysokości schodka (np. ISO 5436-1 typ A) - za pomocą mikrointerferometru

Dziedzina

[Długość](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Wzorzec głębokości (nierówności) lub
wysokości schodka (np. ISO 5436-1 typ
A) - za pomocą mikrointerferometru

Symbol laboratorium

[L4](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

wysokość schodka lub głębokość
nierówności

Zakres pomiarowy/metoda

od 0,03 do 1 μm

Niepewność rozszerzona

Q[10; 2d] nm; d w μm

cena

650 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizację usługi

-

Kontakt

Łukasz Ślusarski;

lukasz.slusarski@gum.gov.pl; Anna

Trych-Wildner;

anna.wildner@gum.gov.pl; tel.: 22 581

93 18