

Wzorcy (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)
[\(promieniowanie optyczne\)](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorcy (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego

Symbol laboratorium

[L6](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy jednej długości fali)

Zakres pomiarowy/metoda

0,001 ÷ 1,000 Zakres widmowy (210 ÷ 900) nm

Niepewność rozszerzona

Niepewność widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego wyliczana

cena

58.50 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail:
iwona.ostrowska@gum.gov.pl,
dobrochna.matkowska@gum.gov.pl,
jolanta.gebicka@gum.gov.pl

jest z wielomianu dla gęstości optycznej
z uwzględnieniem zależności $\tau(\lambda) = 10^{-D(\lambda)}$
