

# Kalibrator akustyczny jednoczęstotliwościowy, jeden poziom ciśnienia akustycznego

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Kalibrator akustyczny  
jednoczęstotliwościowy, jeden poziom  
ciśnienia akustycznego

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

- poziom ciśnienia akustycznego,-  
częstotliwość,- zniekształcenia całkowite  
+ szum

Zakres pomiarowy/metoda

70 dB ÷ 130 dB; 250 Hz lub 1 kHz

Niepewność rozszerzona

0,06 dB ÷ 0,15 dB

cena

520 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od rodzaju  
zastosowanego mikrofonu wzorcowego i  
od rodzaju kalibratora wzorcowanego

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.  
22 581 9123