

Miernik luminancji Minolta LS 110

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)
[\(promieniowanie optyczne\)](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Miernik luminancji Minolta LS 110

Symbol laboratorium

[L6](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

luminancja źródła opartego na lampie
wolframowej

Zakres pomiarowy/metoda

(1,5 ÷ 400) cd/m²

Niepełność rozszerzona

0,03

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizację usługi

-

Kontakt

tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054; e-
mail: photometry@gum.gov.pl