

Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka w sposób ogólny i przenoszonych przez kończyny górne

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka w sposób ogólny i przenoszonych przez kończyny górne

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

12

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

odpowiedź przyrządu na sygnały drganiowe określone w normie PN-EN ISO 8041-1:2017

Zakres pomiarowy/metoda

zakres wzorcowania wg rozdziału 14 normy PN-EN ISO 8041-1:2017

Niepewność rozszerzona

zależnie od mierzonego parametru od 1,1% do 2,8% dla miernika o rozdzielczości 1%

cena

2210 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

3 - kanały; po 1 przetworniku 3-osiowym do drgań o działaniu ogólnym i przenoszonych przez kończyny górne

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

Koszt dotyczy podanej konfiguracji miernika. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.