

# Wzorce achromatyczne i barwne widmowego współczynnika przepuszczania

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)  
([promieniowanie optyczne](#))

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)  
Wzorce achromatyczne i barwne widmowego współczynnika przepuszczania

Symbol laboratorium  
[L6](#)

Rodzaj usługi  
[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
widmowy współczynnik przepuszczania w celu wyznaczenia składowych trójchromatycznych (X, Y, Z) i współrzędnych chromatyczności (x,y) (dla jednego wzorca i jednego iluminantu)

Zakres pomiarowy/metoda  
0,001 ÷ 1,000 Zakres widmowy (380 ÷ 780) nm

Niepewność rozszerzona  
Iluminant A Obserwator CIE 1931 normalny (2°) filtr czerwony X 0,131 Y 0,082 Z < 0,001

cena

676 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail:  
iwona.ostrowska@gum.gov.pl,  
dobrochna.matkowska@gum.gov.pl,  
jolanta.gebicka@gum.gov.pl