

## Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec gęstości, w zakresie temperatury (15 ÷ 25) °C

Dziedzina

[Masa i wielkości pochodne](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Certyfikowany materiał odniesienia –  
ciekły wzorzec gęstości, w zakresie  
temperatury (15 ÷ 25) °C

Symbol laboratorium

[L3](#)

Rodzaj usługi

[M](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

gęstość cieczy

Zakres pomiarowy/metoda

(0,6 ÷ 1,7) g/cm<sup>3</sup>

Niepewność rozszerzona

0,00005 g/cm<sup>3</sup>

cena

100 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Elżbieta Lenard e-mail:

density@gum.gov.pl;

elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581  
94 10