

## Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

12

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

czułość w funkcji częstotliwości

Zakres pomiarowy/metoda

metoda bezwzględna wg ISO 16063-11  
0,25 Hz ÷ 10 kHz od 1 do 9 pkt. pom.

Niepewność rozszerzona

0,5% ÷ 1,4% zależnie od częstotliwości

cena

1300 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-