

Miernik luminancji Minolta LS 100

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)
(promieniowanie optyczne)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Miernik luminancji Minolta LS 100

Symbol laboratorium

[L6](#)

Nr pracowni

62

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

luminancja źródła opartego na lampie
wolframowej

Zakres pomiarowy/metoda

(1,5 ÷ 400) cd/m² metoda z użyciem
wzorca światłości i wzorca
współczynnika przepuszczania

Niepewność rozszerzona

0,03

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji
wynagrodzenia za realizację usługi

-