

## Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

12

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

czułość w funkcji częstotliwości

Zakres pomiarowy/metoda

metoda porównawcza wg ISO 16063-21  
0,25 Hz ÷ 160 Hz od 5 do 9 pkt. pom.

Niepewność rozszerzona

0,9 % ÷ 1,2 % zależnie od częstotliwości

cena

520 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji  
wynagrodzenia za realizację usługi

Koszt dotyczy 1 wielkości mierzonej,  
1 wzmocnienia i 1 typowego  
piezoelektrycznego przetwornika 1-  
osiowego. Cena za usługę  
niestandardową będzie ustalana  
indywidualnie.