

Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej -
moduł i kąt fazowy

Zakres pomiarowy/metoda

20 Hz ÷ 31,5 kHz

Niepewność rozszerzona

LS2: 0,03 dB; WS2: 0,05 dB przy
częstotliwości 250 Hz

cena

2600 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Liczba rbg dotyczy wzorcowania w całym zakresie częstotliwości. Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.
22 581 9123