

Układ sprzęgacza akustycznego do wzorcowania słuchawek stosowanych w audiometrii

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Układ sprzęgacza akustycznego do wzorcowania słuchawek stosowanych w audiometrii

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności układu

Zakres pomiarowy/metoda

125 Hz ÷ 8 kHz - metoda porównawcza

Niepewność rozszerzona

0,2 dB

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji
wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:
danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ;
tel. 22 581 9123