

Worzec twardości Rockwella I rzędu - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Rockwella I rzędu

Dziedzina

[Masa i wielkości pochodne](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Worzec twardości Rockwella I rzędu - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Rockwella I rzędu

Symbol laboratorium

[L7](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Rockwella

Zakres pomiarowy/metoda

(20 ÷ 88) HRA; (20 ÷ 100) HRB; (20 ÷ 70) HRC

Niepewność rozszerzona

0,3 HRA; 0,3 HRC; 0,4 HRB

cena

130 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206

tel.: 22 581 9547