

## Płytką interferencyjną płaskorównoległą - za pomocą komparatora dwuczujnikowego

Dziedzina

[Długość](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)  
Płytką interferencyjną płaskorównoległą  
- za pomocą komparatora  
dwuczujnikowego

Symbol laboratorium

[L4](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
błąd długości środkowej

Zakres pomiarowy/metoda  
(0,5 ÷ 100) mm

Niepewność rozszerzona  
Q[86; 1,84L] nm; L w mm

cena

130 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Robert Szumski;

[robert.szumski@gum.gov.pl](mailto:robert.szumski@gum.gov.pl);

tel.:225819332