# Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Dziedzina
Fotometria i radiometria (promieniowanie optyczne)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Symbol laboratorium
L6

Rodzaj usługi
W

Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy czterech długościach fali)

Zakres pomiarowy/metoda
0 ÷ 3 Abs / Zakresy widmowe (210 ÷ 900) nm; (900 ÷ 2500) nm

Niepewność rozszerzona
0,0011·D6 - 0,0057·D5 + 0,0129·D4 -

cena
286 PLN
netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-

Uwagi dot. wzorcowania
-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-

Kontakt
tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl

0,0135·D3 + 0,0069·D2 + 0,001·D + 0,0013 dla (210 ÷ 900) nm; 0,0016·D5 -0,0054·D4 + 0,0079·D3 -0,0043·D2 + 0,0014·D + 0,0066 dla (900 ÷ 2500) nm