

## Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3 Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub  
WS3 Mikrofon pomiarowy klasy WS1,  
WS2 lub WS3

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

poziom skuteczności ciśnieniowej -  
modułcharakterystyka częstotliwościowa

Zakres pomiarowy/metoda

250 Hz lub 1 kHz od 20 Hz do górnej  
częstotliwości granicznej mikrofonu

Niepewność rozszerzona

WS1 i WS2: 0,07 dB WS3: 0,09 dB WS1 i  
WS2: 0,1 dB ÷ 0,3 dB WS3: 0,1 dB ÷ 0,5  
dB

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od częstotliwości i  
rodzaju mikrofonu. Informacje dotyczące  
niepewności wyznaczania  
charakterystyki częstotliwościowej nie  
uwzględniają niepewności poprawek dla  
określonego pola akustycznego

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.  
22 581 9123