

## Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi 1/3-oktawowymi w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi 1/3-oktawowymi w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

- charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu; - tłumienie względne filtrów; - odpowiedź miernika z filtrami na elektryczne sygnały pomiarowe

Zakres pomiarowy/metoda

10 kHz - 40 kHz

Niepewność rozszerzona

0,2 dB ÷ 0,5 dB 0,2 dB ÷ 0,3 dB 0,2 dB

cena

1170 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej i rodzaju mikrofonu, w jaki wyposażony jest miernik / od wartości tłumienia względnego filtra.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.  
22 581 9123