

# Audiometr tonowy

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Audiometr tonowy

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
poziom ciśnienia akustycznego dla  
przewodnictwa powietrznego poziomy siły  
dynamicznej dla przewodnictwa  
kostnego

Zakres pomiarowy/metoda  
poziom słyszenia dla przewodnictwa  
powietrznego: 0 dB ÷ 130 dB; 125 Hz ÷  
8 kHz poziomy słyszenia dla  
przewodnictwa kostnego 0 dB ÷ 80  
dB250 Hz ÷ 4 kHz

Niepewność rozszerzona

0,4 dB0,6 dB

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Liczba rbg dotyczy wyznaczenia: - dla  
przewodnictwa powietrznego: poziomów  
słyszenia tonów, poziomów szumów  
maskujących, częstotliwości tonów,  
zniekształceń całkowitych oraz siły  
docisku pałąka słuchawek nausznych, -  
dla przewodnictwa kostnego: poziomów  
słyszenia tonów, zniekształceń  
całkowitych oraz siły docisku pałąka  
słuchawki kostnej.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.  
22 581 9123