

## Audiometr tonowy

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Audiometr tonowy

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

poziom ciśnienia akustycznego dla przewodnictwa powietrznego poziomy siły dynamicznej dla przewodnictwa kostnego

Zakres pomiarowy/metoda

poziom słyszenia dla przewodnictwa powietrznego: 0 dB ÷ 130 dB; 125 Hz ÷ 8 kHz poziomy słyszenia dla przewodnictwa kostnego 0 dB ÷ 80 dB 250 Hz ÷ 4 kHz

Niepewność rozszerzona

0,4 dB 0,6 dB

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Liczba rbg dotyczy wyznaczenia: - dla przewodnictwa powietrznego: poziomów słyszenia tonów, poziomów szumów maskujących, częstotliwości tonów, zniekształceń całkowitych oraz siły docisku pałąka słuchawek nausznych, - dla przewodnictwa kostnego: poziomów słyszenia tonów, zniekształceń całkowitych oraz siły docisku pałąka słuchawki kostnej.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:  
[danuta.dobrowolska@gum.gov.pl](mailto:danuta.dobrowolska@gum.gov.pl) ;  
tel. 22 581 9123