

## Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

charakterystyka częstotliwościowa

Zakres pomiarowy/metoda

od 20 Hz do górnej częstotliwości  
granicznej mikrofonu

Niepewność rozszerzona

WS1 i WS2: 0,1 dB ÷ 0,3 dB  
WS3: 0,1 dB ÷ 0,5 dB

cena

520 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Informacje dotyczące niepewności  
wyznaczania charakterystyki  
częstotliwościowej nie uwzględniają  
niepewności poprawek dla  
określonego pola akustycznego

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji  
wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:  
[danuta.dobrowolska@gum.gov.pl](mailto:danuta.dobrowolska@gum.gov.pl) ;  
tel. 22 581 9123