

# Przekładnik napięciowy

Dziedzina

[Elektryczność i magnetyzm](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Przekładnik napięciowy

Symbol laboratorium

[L5](#)

Rodzaj usługi

[WE](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
błąd napięciowy i kątowy

Zakres pomiarowy/metoda

Znamionowe napięcie pierwotne (100 ÷  
1100) V; znamionowe napięcie wtórne  
100 V i 110 V

Niepewność rozszerzona

> 0,003 %, > 0,3 minuty (k = 2, P= ok.  
95 %)

cena

45.50 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

Cena za jedną przekładnię do 1100 V

Kontakt

tel.: 22 581 9241, tel.: 22 581 9151;  
electricity@gum.gov.pl