

## Przetwornik drgań mechanicznych

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Przetwornik drgań mechanicznych

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

czułość w funkcji częstotliwości

Zakres pomiarowy/metoda

5 Hz ÷ 10 kHz od 5 do 8 pkt. pom.  
zgodnie z normą ISO16063-21

Niepewność rozszerzona

0,9 % ÷ 1,2 % zależnie od częstotliwości

cena

455 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji  
wynagrodzenia za realizację usługi

Koszt dotyczy 1 typowego 1-  
osiowego piezoelektrycznego  
przetwornika o masie do 300 g. Cena  
za usługę niestandardową będzie  
ustalana indywidualnie.

Kontakt

Zbigniew Siejda:

zbigniew.siejda@gum.gov.pl; tel. 22  
581 9207