

Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

11

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

poziom skuteczności ciśnieniowej -
moduł

Zakres pomiarowy/metoda

250 Hz, 500 Hz i 1 kHz - metoda
wzajemności

Niepewność rozszerzona

0,05 dB przy częstotliwości 250 Hz

cena

1560 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Liczba rbg dotyczy wzorcowania w
całym zakresie częstotliwości.

Niepewność zależy od częstotliwości
pomiarowej.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji
wynagrodzenia za realizację usługi

-