

# Profilometr stykowy

Dziedzina

[Długość](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Profilometr stykowy

Symbol laboratorium

[L4](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
błąd przenoszenia

Zakres pomiarowy/metoda

Pt do 100  $\mu\text{m}$ , Ra do 30  $\mu\text{m}$  (wg PN-ISO  
3274:1997)

Niepewność rozszerzona

w zależności od zastosowanego wzorca,  
np. 25 nm dla Ra = 0,8  $\mu\text{m}$

cena

325 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji  
poza GUM - w przypadku przyrządów  
stacjonarnych, do ceny dolicza się koszt  
delegacji

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Łukasz Ślusarski;

lukasz.slusarski@gum.gov.pl; Anna

Trych-Wildner;

anna.wildner@gum.gov.pl; tel.: 22 581

93 18