

Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi oktawowymi i 1/3-oktawowymi, cyfrowymi

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi oktawowymi i 1/3-oktawowymi, cyfrowymi

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

odpowiedź przyrządu na sygnały akustyczne w warunkach ciśnieniowych / odpowiedź przyrządu na sygnały elektryczne określone w normie PN-EN 61260

Zakres pomiarowy/metoda

określony w normie: PN-EN 61260-3

Niepewność rozszerzona

0,2 dB ÷ 0,3 dB

cena

845 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.
22 581 9123