

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - dwukanałowy

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Indywidualny miernik ekspozycji na
dźwięk (dozymetr hałasu) -
dwukanałowy

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

11

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

odpowiedź miernika na sygnał
akustyczny w warunkach ciśnieniowych/
odpowiedź miernika na sygnały
akustyczne w polu swobodnym w
zakresie częstotliwości słyszalnych/
odpowiedź miernika na sygnały
elektryczne określone w normie PN-EN
61252

Zakres pomiarowy/metoda

-

Niepewność rozszerzona

3,25 %; 0,2 dB ÷ 0,9 dB; 1,5 % ÷ 10 %

cena

1430 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od: rodzaju
zastosowanego kalibratora i
rozdzielczości miernika / od
częstotliwości pomiarowej oraz typu
miernika i mikrofonu / od typu
miernika, rodzaju jego
charakterystyki i czasu całkowania.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji
wynagrodzenia za realizację usługi

-