

Miernik poziomu dźwięku spełniający wymagania normy PN-EN 61672-1, jednokanałowy

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Miernik poziomu dźwięku spełniający wymagania normy PN-EN 61672-1, jednokanałowy

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

- odpowiedź miernika na sygnał akustyczny z kalibratora 1 kHz; - odpowiedź miernika na sygnały akustyczne w polu swobodnym w zakresie częstotliwości słyszalnych; - odpowiedź miernika na sygnały elektryczne określone w normie PN-EN 61672-3

Zakres pomiarowy/metoda

określony w normie: PN-EN 61672-3

Niepewność rozszerzona

0,2 dB 0,2 dB ÷ 0,6 dB 0,1 dB ÷ 0,3 dB

cena

1040 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej oraz typu miernika i mikrofonu oraz od typu miernika i rodzaju jego charakterystyki.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123