

Kalibrator akustyczny jednoczęstotliwościowy, jeden poziom ciśnienia akustycznego

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Kalibrator akustyczny
jednoczęstotliwościowy, jeden poziom
ciśnienia akustycznego

Symbol laboratorium

[L1](#)

Nr pracowni

11

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

poziom ciśnienia akustycznego

Zakres pomiarowy/metoda

70 dB ÷ 130 dB; 160 Hz ÷ 1 kHz -
metoda wzorcowego mikrofonu klasy WS

Niepewność rozszerzona

0,08 dB ÷ 0,15 dB

cena

520 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Niepewność zależy od rodzaju
kalibratora wzorcowanego

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji
wynagrodzenia za realizację usługi

-