

Wzorce achromatyczne i barwne widmowego współczynnika przepuszczania

Dziedzina

[Fotometria i radiometria](#)
([promieniowanie optyczne](#))

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce achromatyczne i barwne widmowego współczynnika przepuszczania

Symbol laboratorium

[L6](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania w celu wyznaczenia składowych trójchromatycznych (X, Y, Z) i współrzędnych chromatyczności (x,y) (dla jednego wzorca i dwóch iluminantów)

Zakres pomiarowy/metoda

0,001 ÷ 1,000 Zakres widmowy (380 ÷ 780) nm

Niepewność rozszerzona

Illuminant A Obserwator CIE 1931 normalny (2°) filtr czerwony X 0,131 Y 0,082 Z < 0,001

cena

767 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail:
iwona.ostrowska@gum.gov.pl,
dobrochna.matkowska@gum.gov.pl,
jolanta.gebicka@gum.gov.pl