

## Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec gęstości, w zakresie temperatury (15 ÷ 60) °C albo (15 ÷ 70) °C albo (15 ÷ 80) °C

Dziedzina

[Masa i wielkości pochodne](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Certyfikowany materiał odniesienia –  
ciekły wzorzec gęstości, w zakresie  
temperatury (15 ÷ 60) °C albo (15 ÷ 70)  
°C albo (15 ÷ 80) °C

Symbol laboratorium

[L3](#)

Rodzaj usługi

[M](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
gęstość cieczy

Zakres pomiarowy/metoda  
(0,6 ÷ 1,7) g/cm<sup>3</sup>

Niepewność rozszerzona  
0,00005 g/cm<sup>3</sup>

cena

150 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji  
wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Elżbieta Lenard e-mail:

[density@gum.gov.pl](mailto:density@gum.gov.pl);

[elzbieta.lenard@gum.gov.pl](mailto:elzbieta.lenard@gum.gov.pl); tel.: 22  
581 94 10