

Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa

Dziedzina

[Masa i wielkości pochodne](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa

Symbol laboratorium

[L7](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Vickersa

Zakres pomiarowy/metoda

(100 ÷ 1000) HV dla skal: HV0,05;
HV0,1; HV0,2; HV0,3; HV0,5;

Niepewność rozszerzona

(1,2+0,07/d(mm))% dla HV0,05 ÷
HV0,1; (1,9+0,05/d(mm))% dla HV0,2 ÷
HV0,5

cena

208 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206
tel.: 22 581 9547