

# Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2

Dziedzina

[Akustyka i drgania](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Mikrofon pomiarowy klasy LS2 lub WS2

Symbol laboratorium

[L1](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
poziom skuteczności ciśnieniowej -  
moduł i kąt fazowy

Zakres pomiarowy/metoda

2 Hz ÷ 31,5 kHz

Niepewność rozszerzona

LS2: 0,03 dB; WS2: 0,05 dB przy  
częstotliwości 250 Hz

cena

3640 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

Liczba rbg dotyczy wzorcowania w całym  
zakresie częstotliwości. Niepewność  
zależy od częstotliwości pomiarowej.

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia  
za realizację usługi

-

Kontakt

Danuta Dobrowolska:

danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel.  
22 581 9123