Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Dziedzina
Fotometria i radiometria (promieniowanie optyczne)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego

Symbol laboratorium
L6

Rodzaj usługi
W

Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy sześciu długościach fali)

Zakres pomiarowy/metoda
0,001 ÷ 1,000 Zakresy widmowe (210 ÷ 900) nm; (900 ÷ 2500) nm

Niepewność rozszerzona
Niepewność widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego wyliczana

cena
429 PLN
netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-

Uwagi dot. wzorcowania
-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-

Kontakt
tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl

jest z wielomianu dla gęstości optycznej z uwzględnieniem zależności $\tau(\lambda) = 10^{-D(\lambda)}$