

## Wzorzec współrzędnościowy (np. ISO 5436-1 typ E) - za pomocą profilometru

Dziedzina

[Długość](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Wzorzec współrzędnościowy (np. ISO 5436-1 typ E) - za pomocą profilometru

Symbol laboratorium

[L4](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona  
parametr chropowatości Pt

Zakres pomiarowy/metoda  
(0 ÷ 400)  $\mu\text{m}$

Niepewność rozszerzona  
3 %

cena

260 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi

-

Kontakt

Łukasz Ślusarski;

lukasz.slusarski@gum.gov.pl; Anna

Trych-Wildner;

anna.wildner@gum.gov.pl; tel.: 22 581 93 18